

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 25, 70

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/15PN/2018

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 25 i Pakietu 70 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

1. Pakiet nr 25

Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 25 dotyczącym parametrów technicznych cewników do diagnostyki naczyń wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych, przynajmniej jeden z rozmiarów 5F, 6F pokryty **dotatkową chropowatą powłoką** zmniejszająca siły tarcia natomiast. W związku z tym, iż Wykonawca w załączniku nr 6 do SIWZ potwierdził wymagany parametr, a w załączonych dokumentach mających potwierdzić parametry zaoferowanego sprzętu nie było takiej informacji, Zamawiający w dniu 30.10.2018r wezwał wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów oraz próbki. Wykonawca otrzymał termin na wyjaśnienie i uzupełnienie do 06.11.2018r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego i nie przedłożył żadnych dokumentów ani próbek w przedmiotowym Pakiecie.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 25

2. Pakiet nr 70

Zamawiający wymagał w załączniku nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 70:

Poz. 1 Zestaw operacyjny do angiografii (do wszczepiania rozruszników i ablacji) o składzie:

- miska plastikowa 200-250ml - 3 szt.
- miseczka 200 ml – 0 pkt
- miseczka 250 ml – 2 pkt
- serweta angiograficzna wykonana z włókniny foliowanej polietylenowo- polipropylenowej w rozmiarze 320-340 x 240-250 cm z dwoma otworami 10x15cm owalnymi wypełnionymi folią- 1 szt.
- **serweta podfoliowana na stolik narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm (dopuszczone do +10cm), do owinięcia zestawu – 1 szt. (serweta nieprzemakalna – 2 pkt)**
- strzykawka luer lock (3 częściowa) 20 ml – 1 szt.
- strzykawka (2 częściowa) 20ml – 1 szt.
- osłona foliowa z gumką (25-35 cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku÷ 67-77 cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym)x36cm wysokość – 1szt.
- osłona foliowana z gumką (27-38 cm połowa obwodu gumki w stanie spoczynku ÷107-117 cm połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym)x56cm wysokość– 1 szt.

- fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 41cm. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo, rozmiar XL
- fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. rozmiar XL – 1szt.
- kompresy gazowe 7,5x7,5cm do 10x10cm, 17-nitkowe, 8- warstwowe z podwijanymi brzegami – 50szt.
- ręczniki chłonne z włókniny kompresowej 20x40cm – 1szt.
- igła 0,8mm x4,0mm - 1 szt.
- korcang plastikowy 19cm- 1 szt
- tupfer z gazy 17n kula 50x50 cm – 4 szt
- osłonka jednorazowa na osłonę ołowianą na tarczycę – 2 szt. (4pkt)

Poz. 2 Serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy.

Wykonawca w trakcie postępowania w dniu 12.09.2018r zdał pytanie tj. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę angiograficzną - 235x330cm z 2 prostokątnymi otworami o wym. 12x16cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Warstwa chłonna w polu zabiegowym 75x120cm, przezroczysta folia z prawej strony od dołu serwety o wym. 90x145cm ? osłonkę foliową z gumką 35 x 70 cm, osłonkę foliową z gumką 75 x 100 cm, fartuch chirurgiczny - zapięcie na rzep, bawełniane mankiety dł. 7cm, nadruk rozmiaru na wewnętrznej stronie fartucha, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności ,drugi fartuch - fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44,2 g/m², rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, ręczniki chłonne 80 x 56 cm, korcang plastikowy 18, 5 cm, tupfer z gazy 20 nitkowy 40 x 50 cm (kula). Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ”.

Zamawiający w dniu 14.09.2018r wyraził zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.

Wykonawca w ofercie w załączniku nr 5 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym zaoferował w pkt.1 w/w zestaw jednak bez pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ jak to napisał w zadanym pytaniu, a w szczególności bez „**serwety podfoliowanej na stolik narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm (dopuszczone do +10cm), do owinięcia zestawu – 1 szt. (serweta nieprzemakalna – 2 pkt)**”. W załączonym dokumencie mającym potwierdzić zaoferowany zestaw na str. nr 63 oferty tj. karcie katalogowej brak jest również wymaganej pozycji.

W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu nr 70

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następn.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.