

**AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.**  
**ul. Tysiąclecia 14**  
**64-300 Nowy Tomyśl**

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**  
**w zakresie Pakietu nr 11B**

**AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl** z przetargu nieograniczonego na **Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018**

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 25 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 11B - Linii pomiarowych ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARGON DTXPlus lub równoważne. W związku z podjęciem wątpliwości w sprawie zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu w stosunku do wymagań Zamawiającego w Pakiecie nr 11B, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy pzp, wezwał w dniu 05.12.2018r do wyjaśnienia złożonych dokumentów, a w szczególności wykazania jakiego typu końcówkę kabla posiada oferowany zestaw oraz uzupełnienia dokumentów potwierdzających w/w parametr jak i dostarczenia próbek w terminie do dnia 11.12.2018r do godz. 10:30.

Wykonawca nie zareagował na wezwanie i nie dostarczył żadnych dokumentów ani próbek potwierdzającej parametry zaoferowanego przez siebie sprzętu.

**W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 11B.**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*Środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następane.

**Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.**

**Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.**

Do wiadomości:

Wszyscy wykonawcy