

Promed S.A.
ul. Działkowa 56
02-234 Warszawa

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 11B

Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa z przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 25 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 11B - Linii pomiarowych ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARGON DTXPlus lub równoważne. W związku z podjęciem wątpliwości w sprawie zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu w stosunku do wymagań Zamawiającego w Pakiecie nr 11B, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy pzp, wezwał w dniu 05.12.2018r do wyjaśnienia złożonych dokumentów, a w szczególności wykazania jakiego typu końcówkę kabla posiada oferowany zestaw oraz uzupełnienia dokumentów potwierdzających w/w parametr jak i dostarczenia próbki w terminie do dnia 11.12.2018r do godz. 10:30.

Zamawiający przypomina iż w dniu 26.10.2018r w wyniku odpowiedzi na pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 11B dla „Linie pomiarowe ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARGON DTXPlus lub równoważne” Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnych zestawów zawierających:

Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową o długości 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczonek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <2% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel typu Argon PMSET z okrągłym wtykiem pinowym.

Odpowiedział:

„Zamawiający wymaga: linię pomiarową ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARDON DTXPlus lub równoważną. Nic poza tym.”

Ponadto w dniu 07.11 w wyniku kolejnej odpowiedzi na pytanie:
Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



Zamawiający odpowiedział: „Dla Pakietu nr 11B – kabel na zdjęciu nr 4” – czyli kabel typu „BD”

Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczył dokumenty oraz próbkę potwierdzającą parametry zaoferowanego przez siebie sprzętu tj. produktu równoważnego firmy ICU Medical nr kat. P229, które nie spełniają wymagań Zamawiającego z uwagi na rodzaj połączenia z kablem uściślone przez Zamawiającego w wyniku udzielonych odpowiedzi. Zaoferowanie użyczenia kabla do zaoferowanej przez Wykonawcę linii pomiarowej w wyniku odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust.3 ustawy pzp nie stanowi treści oferty, a jest dodatkowym zaproponowanym elementem niezgodnym z zapisami SIWZ.

W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 11B.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:

Wszyscy wykonawcy