

DZP/04PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” sygn. **DZP/04PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Zamawiający w pakiecie E – fartuchy barierowe wymaga fartuchów wykonanych w polu niekrytycznym wykonanych z tkaniny o zawartości bawełny 54-55% bawełna, 44-45% poliester, z gwarancją zachowania barierowości przy 100-120 cyklach, prania, suszenia i sterylizacji, zgodność z normą PN-EN 13795.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie E pole niekrytyczne fartuchów wykonane z chłonnej tkaniny o składzie 55% bawełna, 45% poliester, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych? Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

Ad. 1

Tak. Zamawiający dopuści w Pakiecie E pole niekrytyczne fartuchów wykonane z chłonnej tkaniny o składzie 55% bawełna, 45% poliester, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie E fartuchy operacyjne wykonane w polu krytycznym z tkaniny barierowej o gramaturze 100 – 120 g/m², o wysokim poziomie odporności na przenikanie cieczy, tj. co najmniej 90 cm H₂O?

Zaproponowana tkanina dzięki niższej gramaturze od wymaganej w SIWZ jest bardziej oddychająca, a więc i bardziej komfortowa. Ponadto zaproponowany wysoki poziom barierowości zapewnia nawet wyższe bezpieczeństwo od tkanin o większych gramaturach.

Ad. 2

Tak. Zamawiający dopuści w pakiecie E fartuchy operacyjne wykonane w polu krytycznym z tkaniny barierowej o gramaturze 100 – 120 g/m², o wysokim poziomie odporności na przenikanie cieczy, tj. co najmniej 90 cm H₂O.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie E fartuchy operacyjne z gwarancją barierowości na 100 cykli w strefie krytycznej?

Ad. 3

Tak. Zamawiający dopuści w Pakiecie E fartuchy operacyjne z gwarancją barierowości na 100 cykli w strefie krytycznej