

**DZP/13PN/2018**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. DZP/13PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy sterylizatora

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści, aby po stronie wyładowczej sterylizator posiadał diody i przyciski ?

**Ad. 1**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający rezygnuje z zapisu, aby po stronie rozładowniczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca procesu oraz nazwy i numeru aktualnego programu?

**Ad. 2**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt 3**

Czy Zamawiający dopuści wydruk tylko jednego czujnika ciśnienia i temperatury , a drugi czujnik kontrolowany automatycznie, gdzie urządzenie pokaże ewentualny błąd?

**Ad. 3**

Zamawiający informuje iż jest to parametr punktowany.

**Pyt. 4**

Czy zamawiający dopuści ścianę komory o grubości 8 mm zapewniająca większą trwałość i dzięki temu gwarancję na minimum 15 lat?

**Ad. 4**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym komora jest bez szyn, co umożliwia Zamawiającemu łatwiejsze czyszczenie komory?

**Ad. 5**

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym komora jest bez szyn. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje urządzenie, w którym komora jest bez szyn Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty oraz dostarczenia wraz ze sterylizatorem kompatybilnego wózka załadowniczego wraz z wózkiem wewnątrzkomorowym.

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator z pełnym płaszczem grzewczym, który pozwala na łatwiejsze sprawdzenie spawów podczas kontroli UDT ?

Uzasadnienie: w płaszczu żebrowanym podczas kontroli sprawdzane są wszystkie spawy (każde żeberko), dlatego też trzeba odizolować całą komorę i sprawdzić spawy na całej długości komory. Natomiast w płaszczu pełnym spawy są jedynie na początku i końcu komory, co umożliwia łatwiejsze sprawdzenie spawów komory. Ponadto pełny płaszcz grzewczy zapewnia równomierne grzanie przy ścianach komory a nie tylko punktowe jak w przypadku płaszcza żebrowanego.

**Ad. 6**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 7**

Ponieważ zainstalowane będzie tylko jedno urządzenia sugerujemy, że drzwi są zbędne do przestrzeni roboczej, wnosimy o dopuszczenie obudowy zdejmowanej z boku?

**Ad. 7**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający wymaga zainstalowania urządzenia przelotowego przez ścianę pomiędzy dwoma pomieszczeniami czy pracujące jako jednodrzwiowe?

**Ad. 8**

Tak. Zamawiający wymaga zainstalowania urządzenia przelotowego pracującego jako jednodrzwiowe.

**Pyt. 9**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody i wyznaczenie terminu wizji lokalnej?

**Ad. 9**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający ustala wizję lokalną na dzień 09.11.2018 na godz. 12:00.

**Pyt. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 90 dni od dnia podpisania umowy, ponieważ urządzenia tego typu są produkowane na specjalne zamówienie?

**Ad. 10**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy stacji uzdatniania wody:

**Pyt. 11**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył stół roboczy czy opisany stół jest w posiadaniu Zamawiającego?

**Ad. 11**

Zamawiający wymagając stołu roboczego miał na myśli szafkę z blatem roboczym. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze stacją uzdatniania wody ww. szafki z blatem roboczym. Zamawiający dokona zmiany Załącznika nr 6 do SIWZ – Parametry techniczne w przedmiotowym zakresie.

**Pyt. 12**

Wnosimy o rezygnację z punktu dostarczenia „świadectwa jakości, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do stosowania – dotyczy stacji uzdatniania wody”

Uzasadnienie: stacja uzdatniania wody nie jest wyrobem medycznym i nie wymaga zgodnie z prawem w/w dokumentów dopuszczenia i rejestracji. Ponadto wysokość stawki VAT na stacje uzdatniania wody wynosi 23% , nawet tych montowanych w obszarze placówek medycznych

**Ad. 12**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.