

**DZP/15PN/2018**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/15PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 11B dla „Linie pomiarowe ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARGON DTXPlus lub równoważne” Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnych zestawów zawierających:

Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową o długości 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <2% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel typu Argon PMSET z okrągłym wtykiem pinowym.

**Ad. 1**

Zamawiający wymaga: linię pomiarową ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARDON DTXPlus lub równoważną. Nic poza tym.