

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10  
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 04.12.2018r

**DZP/24PN/2018**

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Ochrony Zdrowia nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005. pt.: “Doposażenie Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o. w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym” Sygn. sprawy DZP/24PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

#### **Pyt. 1**

##### **Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

#### **Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pyt. 2**

##### **Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami

#### **Ad. 2**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści.

#### **Pyt. 3**

##### **Dotyczy Umowy:**

§3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 10 tygodni od podpisania umowy.

Urządzenia medyczne są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

#### **Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pyt. 4**

##### **Dotyczy Umowy:**

§5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie jednodniowego instruktażu, jeżeli Użytkownik po jego przeprowadzeniu stwierdzi, że jest on wystarczający?

**Ad. 4**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 5**

**Dotyczy Umowy:**

§7 ust. 1 Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego rękojmi.

Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, co oznacza, że rękojmia trwa co do zasady dwa lata. Gwarancja ustalana jest umownie.

**Ad. 5**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 6**

**Dotyczy Umowy:**

§7 ust. 12 Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego elementu podzespołu.”

Obecne zapisy pozwalają na żądanie wymiany sprzętu po trzech nieistotnych naprawach.

**Ad. 6**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 7**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni endoskopowej fabrycznie nowej (nie powystawowej) rok produkcji nie wcześniej niż 2017?

**Ad. 7**

Tak, Zamawiający dopuści myjni fabrycznie nową (nie powystawową) rok produkcji nie wcześniej niż 2017.

**Pyt. 8**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

W celu przygotowania rzetelnej oferty prosimy o udostępnienie listy endoskopów, które mają być myte w myjni endoskopowej.

**Ad. 8**

Obecnie Zamawiający użytkuje giętki fiberoskop SN 7634 i równocześnie planuje zakup zestawu endoskopowego do diagnostyki onkologicznej