

DZP/27PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa i dzierżawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” o sygn. DZP/27PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Dotyczy warunków umowy § 3 ust 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie 24 godzin od dnia uznania reklamacji za zasadną. W przypadku zamówień realizowanych „na cito” termin uzupełnienia ilościowego dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego wynosi 24 godziny od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień.”

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 3

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdym czasie mocą pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w sytuacji:”

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„w wysokości 0,1 % wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie w trybie normalnym Sprzętu będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie, a w przypadku zamówień „na cito” w wysokości 0,1 % wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Sprzętu będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie;”

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

Dotyczy warunków umowy § 7 ust 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, w razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 6 ust. 1”

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7

Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu lub obrotu (cesja, sprzedaż), bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1,2 i 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. nr 1, 2 i 3 z pakietu nr 1 do oddzielnego pakietu np. 1A i pozwoli zaoferować produkty alternatywne tj.

- w poz. 1 i 2 – 30 zestawów jednorazowego użytku do usuwania balonu, w skład którego wchodzi igła (śr. osłonki 2,3mm, dł. robocza 180cm, śr. ostrza 1mm, dł. ostrza 12mm) i grasper (śr. osłonki 2,3mm, dł. robocza 180cm, rozwarcie ramion 20mm),

- w poz. 3 balon bariatryczny silikonowy, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną w zakresie równym 200 ml (min. 500 ml - max 700 ml), w zestawie balon w osłonie połączony z cewnikiem wprowadzającym z pojedynczym znacznikiem odległości zlokalizowanym na 40-tym centymetrze, zakończony portem LL, metalowy mandryn, dren posiadający z jednej strony zawór ze złączami LL, z drugiej zaostrzoną końcówkę, balon widoczny w promieniach RTG. Artykuł potwierdzający skuteczność terapii na próbie min. 20 osób z wykorzystaniem oferowanego modelu balonu, zamieszczony w punktowanym czasopiśmie medycznym?

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody