

**DZP/30PN/2018**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę osprzętu do neuromonitora, koagulacji oraz narzędzi do zabiegów laparoskopowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/30PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pakiet nr 5 – Osprzęt do koagulacji firmy ERBE**

**Pyt. 1**

**dotyczy wyposażenie poz. 19**

Czy zamawiający dopuści do postępowania BiClampa 201T o nr 20195-202 zakrzywionego 18°, z okładkami gładkimi (z dystansem), długość 200 mm oraz nowszą powłoką T ?

Zaproponowane rozwiązanie wynika z ciągłego ulepszania proponowanych przez producenta rozwiązań i nowości technologicznych które zastępują poprzednie rozwiązania, w tym wypadku powłokę C.

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 2**

**dotyczy wyposażenie poz. 20**

Czy zamawiający dopuści do postępowania BiClampa 271T o nr 20195-203 zakrzywionego 18°, z okładkami gładkimi (z dystansem), długość 270 mm oraz nowszą powłoką T ?

Zaproponowane rozwiązanie wynika z ciągłego ulepszania proponowanych przez producenta rozwiązań i nowości technologicznych które zastępują poprzednie rozwiązania, w tym wypadku powłokę C.

**Ad. 2**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 3**

**dotyczy wyposażenie poz. 21**

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do noża wodnego składający się z aplikatora dł.80mm, średnicy 6mm z funkcją ssania i koagulacji z uchwyty oraz wkład do ssaka 1,5l ? wkład do ssaka pasuje do zarówno do starszych pojemników plastikowych 2,5l jak i 1,5l. Prośbę swoją warunkujemy tym, iż producent wycofał pojemniki oraz wkłady workowe 2,5l ze względu na fakt iż przy zabiegach z użyciem noża wodnego, nie ma konieczności stosowania tak dużych wkładów workowych ze względu na znikomą ilość traconej krwi u pacjenta podczas stosowania technik z użyciem noża wodnego.

**Ad. 3**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.