

**DZP/05PN/2018**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Pakiet nr VII poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaświadczenie o kompatybilności z aparatami ERBE wystawione przez producenta elektrod neutralnych? Żaden producent diatermii nie wystawi zaświadczenia o kompatybilności dla elektrod wyprodukowanych przez inne firmy, jedynie producent elektrod neutralnych może wystawić potwierdzenie o kompatybilności z danym typem diatermii

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.