

DZP/05PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa **jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” sygn. **DZP/05PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 3 poz. 176,177

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, wyposażonego w system mikrodyfuzorów w komorze bocznej zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni, dla jednego pacjenta.

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet nr 3 Poz. 170

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego dla dzieci, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H₂O przy VT=250 ml, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 2,2 cm H₂O przy 60 l/min (0,9 cm H₂O przy 30 l/min), objętość oddechowa V_t 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Pakiet nr 3 Poz. 176

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pojemnika o dwukomorowej budowie z jałową wodą do nawilżania tlenu o pojemności 500 ml, z łącznikiem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego.

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4

Pakiet nr 3 Poz. 177

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pojemnika o dwukomorowej budowie z jałową wodą do nawilżania tlenu o pojemności 500 ml, z łącznikiem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego.

Ad. 4

Zgodnie z SIWZ

Pyt. 5**Pakiet nr 3 Poz. 177**

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml, wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

Ad. 5

Zgodnie z SIWZ

Pyt. 6**Pakiet nr 3 Poz. 180**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej, z medycznego PCV, wolnej od DEHP, z mankietem niskociśnieniowym, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; sterylna, w rozmiarach od 3,0 do nr 10,0 co pół.

Ad. 6

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7**Pakiet nr 3 Poz. 181**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, wolnej od DEHP, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół.

Ad. 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8**Pakiet nr 3 Poz. 196**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce umożliwiającej przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

Ad. 8

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.