

DZP/15PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/15PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Dotyczy Pakietu 48

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności oferowania elektrod lewokomorowych unipolarnych jeśli zaoferowana zostanie elektroda bipolarna o średnicy 4,3 F oraz do wyboru 4 rodzaje elektrod czteropolowych?

Ad. 1

Tak.

Pyt. 2

Dotyczy Pakietu 48

Czy Zamawiający będzie punktował automatyczne przerwanie programu nocnego poprzez aktywowanie sensora akcelerometrycznego tak jak poprzez przyłożenie magnesu.?

Ad. 2

Nie.

Pyt. 3

Dotyczy Pakietu 50

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności oferowania elektrod lewokomorowych unipolarnych jeśli zaoferowana zostanie elektroda bipolarna o średnicy 4,3 F oraz do wyboru 4 rodzaje elektrod czteropolowych?

Ad. 3

Tak.