

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. DZP/13PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

#### **Pyt. 1 Załącznik nr 6 – „Parametry Techniczne”, pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuszcza do oceny Sterylizator o pojemności komory 6 STE wsadu wg PN-EN 285, co jest korzystniejsze dla Użytkownika, gdyż umożliwia sterylizację większej ilości wsadu?

Uzasadnienie: Sterylizatory parowe o pojemności 6 STE zbudowane są na tej samej platformie konstrukcyjnej oraz zasilane są z identycznych wytwornic pary, co powoduje, że zużycia mediów dla obu urządzeń są bardzo zbliżone. Tym samym koszty procesów są zbliżone. Jednocześnie nie ma ograniczeń dotyczących minimalnego załadunku wsadu sterylizatora gwarantującego prawidłowy przebieg procesu. W związku z powyższym zdecydowanie korzystniejszy w perspektywie długiego czasu używania sterylizatora, jest zakup oraz instalacja urządzenia o większej wielkości komory.

#### **Ad. 1**

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator o pojemności komory 6 STE wsadu wg PN-EN 285. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje sterylizator o pojemności komory 6 STE wsadu wg PN-EN 285, Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty oraz dostarczenia wraz ze sterylizatorem kompatybilnego wózka załadunkowego wraz z wózkiem wewnątrzkomorowym.

#### **Pyt. 2 Załącznik nr 6 – „Parametry Techniczne”, pkt.9.**

Czy Zamawiający dopuszcza do oceny Sterylizator z wytwornicą pary o mocy nieznacznie większej od wymaganej oraz nie przekraczającej 50kW?

Uzasadnienie: Zaoferowane urządzenie ma nieznacznie większą moc ,która zapewniając większą dynamikę nagrzewania komory, znacznie skraca czasy procesów, a tym samym ogranicza zużycia energii / proces.

#### **Ad. 2**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Pyt. 3 Załącznik nr 6 – „Parametry Techniczne”, pkt.40.**

Czy Zamawiający dopuszcza do oceny Sterylizator z obudową ze stali nierdzewnej, w obrębie której zostaną zlokalizowane przyłącza wody, energii elektrycznej oraz odpływu do kanalizacji, z dostępem serwisowym od boku urządzenia, bez konieczności instalowania drzwi serwisowych?

Uzasadnienie; Zaoferowane sterylizator będzie miał mniejszą szerokość, a dostęp serwisowy może być wykorzystywane stale np. na magazynowanie wózka podręcznego i zwalniany tylko wtedy, gdy zajdzie potrzeba wykonania czynności serwisowych.

#### **Ad. 3**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ