

DZP/15PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/15PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 71 - Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę angiograficzną 280X310 CM, 4 OTWORY, 2 otwory promieniowe w kształcie owalu o wym. 7x10, wypełnione folią (sam otwór 5x8cm), otoczone polem lepym. 2 otwory udowe w kształcie koła o wym. 12cm, wypełnione folią (sam otwór 9cm), otoczone polem lepym. Wzmocnienie wokół otworów o wym. 100x150cm. Serweta posiada folie z 2 stron o wym. 70x310cm. ? osłonkę foliową z gumką 35 x 70 cm, osłonkę foliową 90 x 100 cm, osłonkę foliową z gumką 75 x 100 cm i fartuch chirurgiczny - zapięcie na rzep, bawełniane mankiety dł. 7cm, nadruk rozmiaru na wewnętrznej stronie fartucha, troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ. ?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet nr 70 - Zestaw operacyjny do angiografii (do wszczepiania rozruszników i ablacji)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę angiograficzną - 235x330cm z 2 prostokątnymi otworami o wym. 12x16cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Warstwa chłonna w polu zabiegowym 75x120cm, przezroczysta folia z prawej strony od dołu serwety o wym. 90x145cm ? osłonkę foliową z gumką 35 x 70 cm, osłonkę foliową z gumką 75 x 100 cm, fartuch chirurgiczny - zapięcie na rzep, bawełniane mankiety dł. 7cm, nadruk rozmiaru na wewnętrznej stronie fartucha, troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności ,drugi fartuch - fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44,2 g/m², rękaw zakończony niepyłącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, ręczniki chłonne 80 x 56 cm, korbang plastikowy 18, 5 cm, tupfer z gazy 20 nitkowy 40 x 50 cm (kula). Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ)

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.