

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 11.01.2018r

DZP/21PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Ochrony Zdrowia nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005. pt.: “Doposażenie Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o. w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym” Sygn. sprawy DZP/21PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. pkt 12 Załącznik 6 Pakiet 2 Respirator do wentylacji dyszowej
Czy Zamawiający dopuści respirator bez pomiaru FiO₂ w drogach oddechowych?

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 dot. pkt 20 Załącznik 6 Pakiet 2 Respirator do wentylacji dyszowej
Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony wyłącznie w cewniki do wentylacji dyszowej bez wyposażenia w laryngoskop operacyjny wg Kleinsassera?

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.