

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
DZP/23PN/2018

Zabrze, dn. 03.12.2018r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Ochrony Zdrowia nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005. pt.: “Doposażenie Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o. w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym” Sygn. sprawy DZP/23PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

dot. wzoru umowy §7 ust. 12 – załącznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie pakietu nr 2 istniejących zapisów na następujące:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego elementu/podzespołu”

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie nr 2 drobnego wyposażenia (np. elementy wózka endoskopowego: uchwyt na endoskop, czy wannę do dezynfekcji endoskopów), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 2) i rozdział XIII pkt. 4.4.1?

Ad. 2

Zamawiający dopuści zaferowanie w Pakiecie nr 2 drobnego wyposażenia, które nie będzie wyrobem medycznym ze stawką VAT 23% tj.:

elementy wózka endoskopowego tj.: Uchwyt na monitor (poz. 49), Pionowe tuby do dezynfekcji i płukania endoskopów (poz. 50), Uchwyt na endoskop giętki (poz. 51) oraz Wanna do dezynfekcji endoskopów poj. min. 10l (poz. 56).

Tym samym w przypadku zaferowania w/w sprzętu nie będącego wyrobem medycznym, odstępuje od konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 2) i rozdział XIII pkt. 4.4.1.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3

dot. załącznika nr 6 – Pakiet 2 pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści okres dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat od daty dostawy?



Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.