

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt.1

Pakiet nr 51

Parametry techniczne kardiowerterów ICD VR MRI wraz elektrodą (jedno lub dwu „coilowe”)

Pyt. 12. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Ad. 1

Tak, pod warunkiem opcji ATP w trakcie ładowania kondensatorów.

Pyt. 2

Pakiet nr 52

Parametry techniczne kardiowerterów ICD DR wraz z elektrodami, (defibrylujące jedno i dwu „coilowe”)

Pyt. 12. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Ad. 2

Tak, pod warunkiem opcji ATP w trakcie ładowania kondensatorów.