

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 07.11.2018r

DZP/13PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. DZP/13PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy parametrów technicznych - Sterylizator parowy przelotowy

Pyt. 1 – dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci pełnego płaszcza grzewczego?
Pod względem funkcjonalnym oraz wymagań Urzędu Dozoru Technicznego płaszczy pełny jest tożsamym rozwiązaniem z wymaganym. Konstrukcja płaszcza pełnego przyspiesza wykonywanie cykli sterylizacyjnych ponieważ ogrzewana jest równomiernie cała powierzchnia komory.

Ad. 1

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pyt. 2 dot. pkt. 32

Prosimy o dopuszczenie napędu mechanicznego bez konieczności stosowania siłowników pneumatycznych z wymaganym zabezpieczeniem.

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3 dot. pkt. 45

Prosimy o podanie nazwy oraz numeru wersji oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego?

Ad. 3

Zamawiający nie posiada obecnie oprogramowania łączącego pracę sterylizatora z komputerem.
Zamawiający używając sformułowania „kompletny system komputerowy” miał na myśli system komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem kompatybilnym z sterylizatorem zapewniającym opisane w SIWZ funkcjonalności.