

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt.1**

**Pakiet nr 50**

Czy zamawiający dopuści urządzenie resynchronizujące CRT-D z certyfikatem MRI dla konfiguracji DF-4/IS-4 z 4 typami elektrod lewokomorowych o długości 86 cm certyfikowanych do badania MRI bez możliwości dostarczenia certyfikowanego urządzenia do MRI w konfiguracji DF-4/IS-1?

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

**Pakiet nr 50**

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia elektrod lewokomorowych unipolarnych jeśli zostanie zaoferowana elektroda bipolarna o rozmiarze 4,3F?

**Ad. 2**

Tak.

**Pyt.3**

**Pakiet nr 51 i 52**

Czy Zamawiający dopuści ICD jedno i dwujamowe certyfikowane do badania MRI w konfiguracji DF-4?

**Ad. 3**

Tak pod warunkiem dostępności ICD VR i DR DF-1 certyfikowanych do badań MRI