

DZP/27PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa i dzierżawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” o sygn. DZP/27PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

dotyczy SIWZ Rozdz. II pkt. 4 ppkt. 14, wzór umowy Par. 2 ust. 2 – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w trybie „na cito” do 48 godzin w dni robocze.

Produkty opisane w pakiecie nr 4 są wykorzystywane do zabiegów planowych.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

dotyczy SIWZ Rozdz. XXV pkt. 1.3), wzór umowy Par. 2 ust. 3 – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie realizacji terminu dostawy w godzinach w dni robocze w zakresie pakietu nr 4 tj. np. 72 godziny w dni robocze

Produkty opisane w pakiecie nr 4 są wykorzystywane do zabiegów planowych.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 3

dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 6 – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 2 ust. 6 wzoru umowy na następujący:

Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 godz. **w dni robocze** potwierdzić otrzymanie zamówienia w przypadku zamówień w trybie „cito”

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 4

dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 5 – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 3 ust. 5 wzoru umowy na następujący:

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, tożsamesgo pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie 72 godzin **w dni robocze** od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku zamówień realizowanych „na cito” termin uzupełnienia ilościowego dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego wynosi **48 godzin w dni robocze** od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 5

dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 1.a) – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 7 ust. 1a) wzoru umowy na następujący:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a) w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej dla danego pakietu w § 1 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie w trybie normalnym Sprzętu będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie, a w przypadku zamówień „na cito” w wysokości **0,01 %** kwoty brutto określonej dla danego pakietu w § 1 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia Sprzętu będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie;

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 2 – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 7 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

W razie opóźnienia w dostawie przekraczającego **12 godzin w dni robocze** przy dostawach „na cito”, niezależnie od ww. kar umownych oraz uprawnień z § 6 Umowy, Zamawiający ma prawo do zakupu asortymentu, objętego opóźnieniem, u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. Decyzja o zastosowaniu wykonania zastępczego powinna zostać niezwłocznie przekazana Wykonawcy drogą elektroniczną na adres: oraz na piśmie.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7

dotyczy załącznika nr 3 do siwz pakiet 4 lp 40

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania platformy z gniazdami monopolarnymi jak w opisie Zamawiającego z wyjątkiem gniazda monopolarnego śr wew 4mm śr zewn 8mm, standard Erbe. Są to średnice odpowiadające dla gniazda bipolarnego w standardzie Erbe. Prosimy zatem o zgodę na dopuszczenie do zaoferowania w tym miejscu gniazda monopolarnego śr wew 5mm śr zewn 9mm

Ad. 7

Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie.