

DZP/32PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat naczyniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” o sygn. DZP/32PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz.27** dopuści klips naczyniowy mały w rozm. S o wymiarach 3,2mm x 2,0mm x 3,7mm, bo podane wymiary wskazują na rozmiar klipsa średniego M?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

Pyt. 2

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz.28** dopuści klips naczyniowy średni w rozm. M o wymiarach 5,3mm x 3,3mm x 6,0mm, bo podane wymiary wskazują na rozmiar klipsa małego S?

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

Pyt. 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz.29** wymaga klipsów tytanowych w rozm. L do klipsownicy w rozm. L typu LigaV firmy Grena (a popełnił omyłkę podając typ Vclip)?

Ad. 3

Tak, Zamawiający wymaga klipsów tytanowych w rozm. L do klipsownicy w rozm. L typu LigaV. Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 4

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz.27-30** wymaga samoprzylepnych kontrolki identyfikujących, do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierających: nazwę producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, po jednej sztuce do każdego magazynka z klipsami?

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga ale dopuści.

Pyt. 5

Zapisy umowy, § 3 ust. 5

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmieniu:

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, tożsameso pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie 48 godzin od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku zamówień realizowanych „na cito” termin uzupełnienia ilościowego dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego wynosi 24 godziny od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Zapisy umowy, § 7 ust. 1 a

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a) w wysokości 0,5 % kwoty brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

w dostawie w trybie normalnym, Sprzętu będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie, a w przypadku zamówień „na cito” w wysokości 0,1% kwoty brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, opóźnienia Sprzętu będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7

Zapisy umowy, § 7 ust. 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W razie opóźnienia w dostawie przekraczającego 24 godziny lub 12 godziny przy dostawach „na cito”, niezależnie od ww. kar umownych oraz uprawnień z § 6 Umowy, Zamawiający ma prawo do zakupu asortymentu, objętego opóźnieniem, u innego dostawcy a różnicą w cenie zakupu obciąży Wykonawcę. Decyzja o zastosowaniu wykonania zastępczego powinna zostać niezwłocznie przekazana Wykonawcy drogą elektroniczną na adres:oraz na piśmie.

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.