

DZP/25PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 32 dopuści balon do kontrapulsacji amerykańskiego producenta o pojemnościach 30-40-50cc oraz do oceny balon ze średnicą balonu 9F dla 50cc?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy w formularzu ofertowym (zał. 1 do SIWZ) Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, na które składa ofertę?

Ad. 2

Zgodnie z informacją podaną w samym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ): „Należy wypełnić dla tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Pozostałe puste miejsca należy przekreślić lub usunąć„

Pyt. 3

Ad par. 8 ust. 1a) wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. Naliczanie kary od wartości całego pakietu, powoduje brak równowagi między stronami, szczególnie, że w przypadku opóźnienia w płatności, Wykonawca może naliczyć karę tylko od wartości faktury, której dotyczy opóźnienie.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.