

DZP/32PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat naczyńowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/32PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 1, poz.10-16 : Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dotychczas stosowanych nici Premicron oraz w poz. nr 11 igły o długości 26mm podobnie jak w poprzednim postępowaniu przetargowym?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet nr 1, poz. 7,8 : W związku z wycofaniem z produkcji nici lnianych prosimy o dopuszczenie nici poliestrowych . W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu.

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Pakiet nr 1, poz. 5 : Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dotychczas stosowanych nici Monoplus z polidiodksanonu o czasie wchłaniania 180-210 dni

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.