

DZP/25PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 62

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 62 załącznika nr 5 do siwz pętli chwytających typu laso wraz z cewnikiem prowadzącym o następujących długościach:

- dla śr. 2-4mm: długość cewnika prowadzącego 150cm, długość pętli 175cm
- dla śr. 5-30mm: długość cewnika prowadzącego: 105cm, długość pętli 125cm.

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę