

DZP/05PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa **jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” sygn. **DZP/05PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 5 poz.290

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną niesterylną?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wymaga opaski niesterylnej w w/w pozycji. Tym samym Zamawiający informuje o zmianie SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 2

Pakiet 5 poz.301

Czy Zamawiający dopuści worek zabezpieczający o poj. 500ml?

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuści worek zabezpieczający o poj. 500ml

Pyt. 3

Pakiet 5 poz.295,301,303,304,337,379,406,415,416,290,326,333,335,386

Czy Zamawiający dopuści produkty bez naklejek do dokumentacji ponieważ żaden z oferowanych producentów nie stosuje powyższego rozwiązania?

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga naklejek, które Wykonawca może wydrukować i osobno dołączyć.

Pyt. 4

Pakiet 5 poz.320

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90 szt.?

Ad. 4

Tak, Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem w górę (242 opakowania)

Pyt. 5

Pakiet 5 poz.335

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy pakowany a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Pakiet 5 poz.335

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy w rozmiarze 7,5x7,5cm?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7**Pakiet 5 poz.346-347**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o krepowanej powierzchni, posiadającą właściwości kohezyjne, umożliwiającą przywieranie do siebie kolejno nałożonych warstw bez konieczności stosowania zapinek oraz dodatkowych mocowań? Opaska nie zwija się, nie przywiera do skóry ani ubrań a jedynie warstwą do kolejnej warstwy. Zawiera wiskozę, poliamid, bezlateksowy polimer. Miękką, cienką, delikatną, umożliwiającą dostęp powietrza.

Ad. 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8**Pakiet 5 poz.358-367**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości w stanie spoczynku 10m, w stanie rozciągniętym 25m?

Ad. 8

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 9**Pakiet 5 poz.377**

Czy Zamawiający dopuści osłony na kroplówki światłoczułe posiadające 23% stawkę VAT?

Ad. 9

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 10**Pakiet 5 poz.388**

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena 4 drożne, o długości 105cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 10

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11**Pakiet 5 poz.389**

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena 4 drożne, o długości 105cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 11

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 12**Pakiet 5 poz.391-394**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bezpieczne trzyczęściowe, luer-lock nie posiadające skali rozszerzonej o min.20%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 12

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 13

Pakiet 5 poz.408

Czy Zamawiający dopuści wosk wykonany z mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %

Ad. 13

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 14

Pakiet 5 poz.414

Czy Zamawiający dopuści worek o poj. 1750ml?

Ad. 14

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 15

Pakiet 5 poz.414

Czy Zamawiający dopuści zestawy do lewatywy z drenem o długości 1200mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 15

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.