

DZP/15PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/15PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Dot. pakietu 51, pozycji nr 12 tabeli parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?

Ad. 1

Tak, pod warunkiem, że istnieje możliwość ATP w trakcie ładowania kondensatorów

Pyt. 2

Dot. pakietu 52, pozycji 4 i 13 tabeli parametrów wymaganych

a) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 82[g]?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 3

Dot. pakietu 52, pozycji 4 i 13 tabeli parametrów wymaganych

b) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Tak, pod warunkiem, że istnieje możliwość ATP w trakcie ładowania kondensatorów

Pyt. 4

Pakiet 47, poz. 6 Tabeli parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej w zakresie 0,5..7,5[mV]?

Ad. 4

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 5

Pakiet 47, poz. 10 tabeli parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o okresie refrakcji przedsionka w zakresie 300..775[ms]? Okres refrakcji komorowej oraz pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad. 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 6

Wzór umowy wg Zał. 4 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenia w § 5 umowy zapisu zgodnie, z którym: *„Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Banku sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą ‘first in/ first out’. ”. Strony ustalają, iż Zamawiający przeprowadzał będzie raz na kwartał, przeglądy powierzonego sprzętu medycznego, w ramach których możliwe jest zgłoszenie Wykonawcy możliwości wymiany sprzętu medycznego o zbliżającym się upływie terminu przydatności do użycia. Wymiana sprzętu może dotyczyć jedynie produktów z co najmniej 6 miesięczną datą upływu ważności. W przypadku hybrydowego stentu chromowo-kobaltowego uwalniającego Sirolimus termin ten wynosi 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności”*

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.