

DZP/25PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 11A „Kopułka ciśnieniowa kompatybilna z transducerami”

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



Ad. 1

Przedmiotem zamówienia jest kopułka bez przetwornika

Pyt. 2

Pakiet nr 11B „Linie pomiarowe ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem”

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



Ad. 2

Dla Pakietu nr 11B – kabel na zdjęciu nr 4