

DZP/32PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat naczyniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” o sygn. **DZP/32PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pakiet nr 3 :

Pyt. 1

poz. 36

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Poz. 42

Czy Zamawiający dopuści igłę rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Poz. 43

Czy Zamawiający dopuści igłę przeciwzakłuciową, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4

Poz. 44

Czy Zamawiający miał na myśli igłę 13mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 4

Tak. Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 3 do SIWZ w przedmiotowym zakresie

Pyt. 5

Poz. 46

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 36 szt. i czy w związku z tym wymaga wyceny za pełne opakowanie czy za 12 sztuk ?

Ad. 5

Zamawiający dopuści opakowanie 36 szt. Zamawiający wymaga wyceny za pełne opakowanie.

Pyt. 6

Poz. 48

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 36 szt. i czy w związku z tym wymaga wyceny za pełne opakowanie czy za 12 sztuk ?

Ad. 6

Zamawiający dopuści opakowanie 36 szt. Zamawiający wymaga wyceny za pełne opakowanie. W przypadku gdy po przeliczeniu liczby sztuk wymaganych przez Zamawiającego (podanych w kolumnie M) jednostka miary tj. opakowanie (określone w kolumnie N) **nie jest liczbą całkowitą** Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeliczył ilość opakowań w górę.

Pyt. 7

Poz. 54

Czy Zamawiający dopuści grubość szwu 2/0, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8

Poz. 58

Czy Zamawiający dopuści 1/2 koła igła okrągła z mikroostrzem ?

Ad. 8

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.