

DZP/15PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/15PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 29

Cewniki balonowe standardowe (semicompliant)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego semi-compliant o zakresie średnic od 1,00 mm do 4,00 mm (13 średnic) , zakresie długości od 5 mm do 30 mm (8 długości) , ciśnieniu nominalnym 6 bar, średnicy cewnika 3,00 mm w części proksymalnej 1,9F, średnicy i w części dystalnej 2,55 F przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Pakiet nr 30

Cewniki balonowe niskoprofilowe

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych w systemie RX o średnicach od 1,00 mm do 4,00 mm , przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.