

**DZP/25PN/2018**

**Wszyscy Wykonawcy**


Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32, 42B, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62, 73, 75. Sygn. Sprawy DZP/25PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**  
**Dotyczy Pakietu nr 75**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej spełniającego wszystkie wymagania SIWZ – z igłą analogiczną do igły Brockenbrougha.

Krzywizna igły oraz koszulki przedstawione poniżej:



**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody