

DZP/15PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/15PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 61

Czy zamawiający dopuści koszulki cieniodajne, o długości 43/33 cm (standardowe) oraz o długości 51/41cm i średnicy 8,5F-13F.

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Pakiet 62

Czy zamawiający dopuści pętle o długość cewnika 110 cm i długości pętli laso 125 cm dla oczka pętli 5-35 mm oraz długości cewnika 150cm i długości pętli laso 175 cm dla oczka pętli 2-4-7 mm?

Ad. 2

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Pakiet 28

Czy zamawiający dopuści do oceny balon uwalniający lek paklitaxel o długości w zakresie 15-30mm i wymiarze crossing profile: 0,034”?

Ad. 3

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.