

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
ul. M. Curie - Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
DZP/21PN/2018
DZP/ / /2019

Zabrze, dn. 19.02.2019r

EUMed Sp. z o.o.
Ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY w zakresie Pakietu nr 2

EUMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Ochrony Zdrowia nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005. pt.: “Doposażenie Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o. w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym” Sygn. sprawy DZP/21PN/2018

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 2 z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający jakim jest Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. w dniu 11.01.2019 udzielił Wykonawcom odpowiedzi na pytania w postępowaniu, jednakże doszło do sytuacji w której, w odniesieniu do **pkt 12 Tabeli Parametry techniczne** stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, udzielone odpowiedzi na pytania różnym wykonawcom wykluczały się wzajemnie. W odpowiedzi na pytanie 1 doprecyzowanie złożone w dniu 12.12.2018r. przez Wykonawcę Eumed o treści „Pyt. 9 dot. pkt. 12 Czy zamawiający dopuści do zaferowania respirator dyszowy z monitorowaniem ciśnienia oraz pomiarem poziomu etCO2 w drogach oddechowych bez możliwości pomiaru FiO2 w drogach oddechowych ?” Zamawiający wyraził zgodę na brak możliwości pomiaru FiO2 w drogach oddechowych: „Ad. 9 Tak. Zamawiający dopuszcza.” Natomiast na pytanie 2 z dnia 13.12.2018r Wykonawcy SharPol o treści „Pyt. 1 dot. pkt 12 Załącznik 6 Pakiet 2 Respirator do wentylacji dyszowej Czy Zamawiający dopuści respirator bez pomiaru FiO2 w drogach oddechowych?” Zamawiający nie wyraził zgody: „Ad. 1 Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.”

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 15.01.2019r. Zamawiający dokonał sprostowania odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Eumed, tak aby udzielone odpowiedzi w zakresie pkt 12 Tabeli Parametry techniczne stanowiącej opis przedmiotu zamówienia były tożsame. „(...)Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że dokonuje zmiany odpowiedzi w zakresie **pytania nr 9 dot pkt 12 załącznik nr 6 do SIWZ do Pakietu nr 2 Respirator do wentylacji dyszowej udzielonej w dniu 11.01.2019r. do odpowiedzi nr 1 doprecyzowanie, stanowiącej doprecyzowanie pytania nr 1 z dnia 04.11.2018r. (odp 1 doprecyzowanie z dnia 12.12.2018)**

Pyt. 9 dot. pkt. 12

Czy zamawiający dopuści do zaferowania respirator dyszowy z monitorowaniem ciśnienia oraz pomiarem poziomu etCO2 w drogach oddechowych bez możliwości pomiaru FiO2 w drogach oddechowych ?

Jest:

Ad. 9

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Powinno być:

Ad. 9

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.”

Ostatecznie zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający podtrzymał wymóg opisany w pkt 12 Tabeli Parametry techniczne - załącznik nr 6 do SIWZ stanowiącej opis przedmiotu zamówienia „**Pomiar FiO₂ w drogach oddechowych**” w Pakiecie 2 Respiratorze do wentylacji dyszowej.

Udzielone odpowiedzi, jak również sprostowanie odpowiedzi zostały upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.klinika-zabrze.med.pl w Dziale Przetargi oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, ponadto przesłane do Wykonawców pocztą elektroniczną w dniu ich upublicznienia.

W złożonej ofercie Wykonawca w Tabeli stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ w parametrach oferowanych przez siebie w odniesieniu do pkt 12 przedmiotowej tabeli zaoferował „*Respirator dyszowy z monitorowaniem ciśnienia oraz pomiarem poziomu etCO₂ w drogach oddechowych bez możliwości pomiaru FiO₂ w drogach oddechowych*” przy wymaganiu w SIWZ „*pomiar FiO₂ w drogach oddechowych*” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami.

W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 2.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następane.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:

Wszyscy wykonawcy