

DZP/01PN/2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa i montaż lampy RTG w Angiografii Allura XPER FD10 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/01PN/2019**

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §3 ustęp 1:

Ponieważ do instalacji lampy nie jest wymagane dodatkowe wyposażenie, prosimy o zmianę zapisu na:

„1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (zwane w dalszej części umowy Miejscem Odbioru) tj. pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii.”

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę, tym samym dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ projektu umowy

Pyt. 2

dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §3 ustęp 3:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie sformułowania „oraz instruktażu personelu dot. obsługi sprzętu”. Lampa jest częścią aparatu angiograficznego a nie odrębnym sprzętem, którego obsługa wymaga instruktażu. Szkolenia z obsługi aparatu do angiografii były wykonywane w zakresie jego dostawy.

Jeśli Zamawiający oczekuje dodatkowych szkoleń z obsługi aparatu do angiografii, prosimy o określenie ich zakresu, liczby osób, które mają zostać przeszkolone oraz ilości dni szkoleniowych.

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę, tym samym dokonuje zmiany Ogłoszenia, SIWZ, załącznika nr 4 do SIWZ projektu umowy oraz załącznika nr 6 do SIWZ – parametry techniczne

Pyt. 3

dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §5 ustęp 3 i 4:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ww. ustępów, ponieważ lampa jest częścią angiografu a nie odrębnym sprzętem, którego obsługa wymaga szkolenia. Szkolenia z obsługi aparatu do angiografii były wykonywane w zakresie jego dostawy.

Jeśli Zamawiający oczekuje dodatkowych szkoleń z obsługi aparatu do angiografii, prosimy o określenie ich zakresu, liczby osób, które mają zostać przeszkolone oraz ilości dni szkoleniowych.

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę, tym samym dokonuje zmiany Ogłoszenia, SIWZ, załącznika nr 4 do SIWZ projektu umowy oraz załącznika nr 6 do SIWZ – parametry techniczne

Pyt. 4

dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §7 ustęp 4:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ww. zapisu, ponieważ nie ma możliwości naprawy lampy. W przypadku uszkodzenia lampę należy wymienić na nową.

Ad. 4

Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 4 do SIWZ projektu umowy

Pyt. 5**dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9:**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 15% wartości brutto umowy i wprowadzenie w §9 ustępu 2 o treści: „2. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1.”

Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6**dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ustęp 3:**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

3. Powyższe postanowienia nie uchybiają prawu do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar umownych. W takim wypadku, zapłacone kary umowne będą zaliczone na poczet należnego odszkodowania.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7**dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ:**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 8**dotyczy punktu 4.4.2 SIWZ:**

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, broszurach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta?

Ad. 8

Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta

Pyt. 9**dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Ad. 9

Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 6 do SIWZ parametry techniczne oraz zmianie Ogłoszenia i SIWZ w przedmiotowym zakresie

Pyt. 10**dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §7 ustęp 11:**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas trwania awarii, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 4 do SIWZ, par. 7, pkt. 8. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu: „Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania awarii liczony od dnia zgłoszenia awarii do dnia zakończenia naprawy, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona naprawy w czasie określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ, par. 7, pkt. 8.”

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 11**dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §7 ustęp 12:**

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić zapis na rzecz: „Niezwłoczna wymiana uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usunięcia tej samej wady/usterki”?

Uzasadnienie: Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany sprzętu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, jedynie wymiany głównego komponentu w skład, którego wchodzi wymieniamy element. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Ad. 11

Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 4 do SIWZ projektu umowy – wykreśla pkt. 12 §7