

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 20.05.2019r

DZP/06PN/2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Ochrony Zdrowia nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005. pt.: “Doposażenie Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o. w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym” Sygn. sprawy DZP/06PN/2019**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 – dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie GENERATORA ŚWIATŁA LED najwyższej światowej jakości od lidera/producenta z USA o następujących parametrach



Barwa światła zbliżona do naturalnego.

Temperatura barwy **6500°K przy CRI 75 lub 5600°K przy CRI 92**

Trwałość lampy: > 30,000 godzin (15 lat @ 40 godzin/tygodniowo x 50 tygodni/ rok), bez potrzeby wymiany akcesoriów

Źródło światła LED o mocy 55.000 lux (przy dystansie 40cm) z obrotowym portem umożliwiającym podłączenie czepka wszystkich producentów na rynku: ACMI, Wolf, Storz i Olympus, Luxtec zamocowane na przenośnym, lekkim, mobilnym stojaku.

Konsola z panelem umożliwiającym ustawienie żądanych parametrów źródła światła

Porty RS232 i USB.

LED wyłącza się automatycznie po wypięciu systemu czołowego z portu. Wymiary:

Wymiary: 28cm x 11 x 28 ; waga 3.4kg

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.