

DZP/05PN/2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2019

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Zadanie 1, poz. 1-3, poz.136-137

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3, poz.136-137 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 3

Zadanie 1, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych oraz IS bursztynowe bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 4

Zadanie 1, poz. 136-137

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową, czytelną i niezmywalną?

Ad. 4

Tak, Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pyt. 5

Zadanie 4, poz. 210-211

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną, bez etykiety TAG?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

Zadanie 4, poz. 210-211

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne, - 1 szt. z przeliczeniem ilości?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7

Zadanie 4, poz. 210-213,226-230

Czy zamawiający wydzieli poz. 210-213,226-230 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8

Zadanie 4, poz. 226-230

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m², 4-warstwowe, sterylne?

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 9

Zadanie 4, poz. 226-230

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 10

Zadanie 5, poz. 293-295,304-306,318,319-320,325,333,335-345,348,358-367,405,413,422,423,431-433,436,439,442. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 293-295,304-306,318,319-320,325,333,335-345,348,358-367,405,413,422,423,431-433,436,439,442 z pakietu 5 lub dopuszczenie złożenia ofert na wybrane pozycje w zakresie pakietu 5 z uwagi na dużą różnorodność jak i wielkość pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 11

Zadanie 5, poz. 304-305,405

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną, bez naklejki TAG?

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 12

Zadanie 5, poz. 304-305,405

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne, - 1 szt. z przeliczeniem ilości?

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 13

Zadanie 5, poz. 306

Czy zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z włókniny w kolorze białym?

Ad. 13

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 14

Zadanie 5, poz. 318

Czy zamawiający wymaga gazy w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Ad. 14

Zamawiający wymaga gazy w płatach.

Pyt. 15

Zadanie 5, poz. 325

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt, z przeliczeniem ilości?

Ad. 15

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 16

Zadanie 5, poz. 333

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 16

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 17

Zadanie 5, poz. 338-342

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Ad. 17

Tak, Zamawiający dopuści, pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pyt. 18

Zadanie 5, poz. 343-345

Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 30 g/m²?

Ad. 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 19

Zadanie 5, poz. 348

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 19

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20

Zadanie 5, poz. 348

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji nr 348 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 5A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Ad. 20

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 21

Zadanie 5, poz. 358-367

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, natomiast w stanie spoczynku 10 mb ?

Ad. 21

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 22

Zadanie 5, poz. 358-367

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Ad. 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 23

Zadanie 5, poz. 358-367

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Ad. 23

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza rozmiar odpowiadający SIWZ

Pyt. 24

Zadanie 5, poz. 413

Czy zamawiający dopuści stazę wyłącznie w kolorze różowym?

Ad. 24

Tak, Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pyt. 25

Zadanie 5, poz. 432

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 25

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 26

Zadanie 5, poz. 433

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Ad. 26

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 27

Zadanie 5, poz. 433

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, uszkie z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Ad. 27

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 28

Zadanie 5, poz. 436

Czy zamawiający miał na myśli 10 op po 100 szt, a nie 10 szt.?

Ad. 28

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga 10 szt.

Pyt. 29

Zadanie 5, poz. 436

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, gdyż produkt jest sprzedawany na kartony a nie na sztuki?

Ad. 29

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 30

Zadanie 5, poz. 439

Czy zamawiający oczekuje drenu o długości 150 cm?

Ad. 30

Zamawiający oczekuje drenu o długości co najmniej 150cm (1500mm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pyt. 31

Zadanie 5, poz. 439

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Ad. 31

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

PREZES

lek. med. Józef Urban

Podpis Zamawiającego