

DZP/05PN/2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, kosmetyków i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2019

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H₂O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H₂O przy VT=500 ml, objętość oddechowa V_t 300-1200 ml, waga 38 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet nr 1 poz. 106

Czy Zamawiający dopuści pojemnik zawierający wodę jałową, apirogeną, o pojemności 325 ml, 500 ml do wyboru przez zamawiającego ; zbiornik wykonany z polipropylenu z wbudowanym portem pasującym do wszystkich adapterów i węży ; możliwość podłączenia z drenem tlenowym, do stosowania w nawilżeniu przy tlenoterapii biernej, nebulizacji i respiratoroterapii ; możliwość zainstalowania do wielu pacjentów ; opakowanie musi utrzymywać sterylność przez minimum 30 dni; w komplecie sterylna złączka (adapter) do podłączenia do reduktorów tlenu?

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Pakiet nr 1 poz. 122

Czy Zamawiający dopuści rurkę proktoskopową jednorazowego użytku 130*20mm? Reszta zgodna z SIWZ.

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES
lek. med. Andrzej Urban
Podpis Zamawiającego