

**DZP/08PN/2019**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub butli z zaworami zintegrowanymi dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/08PN/2019**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1 dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę tlenu medycznego w butlach o pojemności wodnej 50 litrów, 200 bar, zawartości tlenu w butli 10,7 m<sup>3</sup>.

Równocześnie zwracamy się z prośbą o podanie ilości metrów z rozbiem dla poszczególnych pojemności butli. Cena produktu jest zależna od wielkości opakowania, a zatem powyższe jest niezbędne do rzetelnej wyceny gazu w butlach.

**Ad. 1**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wymaga np.: objętości i ciśnienia:

40 l – 6,4m<sup>3</sup> gazu 150bar

10 l – 1,6m<sup>3</sup> gazu 150bar

2 l – 0,3m<sup>3</sup> gazu 150bar

**Pyt. 2 dotyczy Pakietu nr 4 i 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę dwutlenku węgla do laparoskopii i krioterapii w butlach o pojemności wodnej F50 i zawartości CO<sub>2</sub> 37,5 kg.

**Ad. 2**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.