

DZP/12PN/2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **Dostawa produktów leczniczych oraz recepturowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o. DZP/12PN/2019**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy zamawiający w pakiecie **1 pozycja 300** dopuści produkt leczniczy Sevoflurane Baxter 250 ml, z zawartością wody poniżej 0,03%, w butelce wyposażonej we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające bezpieczne i bezpośrednie napełnienie parownika, z fabrycznie zamontowanym adapterem, bez dodatkowych nakręcanych elementów łączących butelkę z parownikiem, bez możliwości przypadkowego odkręcenia, wraz z użyczeniem/dzierżawą kompatybilnych z nim parowników?

Uzasadniając nasze zapytanie o dopuszczenie do zaferowania naszego równoważnego preparatu Sevoflurane Baxter 250ml, podkreślamy, że posiada on identyczne wskazania. Mniejsza zawartość wody w naszym preparacie wynika z innego rodzaju opakowania tj. butelka aluminiowa, która jest pozbawiona cech kwasu Lewisa, który mógłby powodować rozpad sevofluranu. Jednocześnie chcemy się powołać na zapis w Farmakopei: „Wymagania dotyczące zawartości wody zostały zmienione, ponieważ sevofluran powinien zawierać śladowe ilości wody w celu zapobiegania rozkładowi produktu podczas przechowywania w pojemnikach szklanych. Jeżeli produkt pakowany jest do pojemników nie zawierających szkła, lub pojemników nie posiadających miejsc kwasowych Lewisa, nie ma potrzeby obecności wody”¹ „Sevoflurane Baxter posiada zawartość wody nie większą, niż 130 ppm i wykazano, że jest stabilny. Nie obserwowano tworzenia fluorowodoru ani innych produktów rozpadu sevofluranu w warunkach normalnego lub przyspieszonego badania stabilności”²

Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określonych w art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia w oparciu o te właśnie zasady. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza także art. 29 ust. 2, który nakazuje by nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą konkurencję.

1. *Pharmacopea Forum Volume 26, Number3, page 739 May-June 2000.*

2. *Data on file at Baxter Healthcare.*

Ad. 1

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2 dot. Pakiet 1 pozycja 300

Jaką ilość parowników Zamawiający wymaga do bezpłatnego użyczenia/dzierżawy ?

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie 1 poz 300 wymaga 8 sztuk parowników do bezpłatnego użyczenia/dzierżawy.