

**DZP/16PN/2020**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy w pakiecie 73 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody ablacyjnej klasycznej dwukierunkowej o min. 3 dostępnych krzywiznach? Reszta parametrów bez zmian.

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 75 wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach krzywizny typu Mullins koszulkę transseptalną z zastawką hemostatyczną o największym radialnym zasięgu 150 stopni oraz igłę posiadającą w swojej konstrukcji plastikowy uchwyt? Reszta parametrów bez zmian.

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.