

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Pakiet 61, p. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt światowego lidera w dziedzinie akcesoriów i technologii do procedur TLE, tj. koszulki poszerzające polipropylenowe o następujących długościach koszulek:

- a) w rozmiarze 33/43 cm (standardowe, rozmiar koszulki zewnętrznej i wewnętrznej w parze)
- b) oraz w rozmiarze 41/51 cm (długie, rozmiar koszulki zewnętrznej i wewnętrznej w parze)?

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

**Pakiet 61, p. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt światowego lidera w dziedzinie akcesoriów i technologii do procedur TLE, tj. koszulki poszerzające polipropylenowe o następujących rozmiarach koszulek, tj. odpowiednio:

- a) rozmiary dla koszulek standardowych 8.5 F, 10.0 F, 11.5 F, 13.0 F,
- b) rozmiary dla koszulek długich – 8.5F, 10.0 F, 11.5 F, 13.0 F?

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 3**

**Pakiet 61, p. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt światowego lidera w dziedzinie akcesoriów i technologii do procedur TLE bezpieczne mandryny blokujące w dedykowanych podanych poniżej rozmiarach (w zależności o rozmiarów elektrod), pokrywające wymagany przez Zamawiającego zakres 0,016” do 0,032”?

Zakresy oferowanych mandrynow:

- 0.015”/0.38mm do 0.023”/0.58mm
- 0.015”/0.38mm do 0.023”/0.58mm
- 0.013”/0.33mm do 0.016”/0.41mm
- 0.017”/0.43mm do 0.026”/0.66mm
- 0.027”/0.69mm do 0.032”/0.81mm

**Ad. 3**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.