

**DZP/16PN/2020**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**dot. załącznik nr 6 do SIWZ oraz załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy, pakiet nr 3, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 9 z pakietu 3 do osobnego zadania lub alternatywnie na składanie ofert na każdą pozycję pakietu nr 3 osobno? Dzięki takiemu podziałowi nasza firma, będzie w stanie złożyć ważną ofertę, co przyczyni się do uzyskania korzystniejszych cen na poszczególne pozycje w/w zadania.

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

**dot. załącznik nr 6 do SIWZ oraz załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy, pakiet nr 3, poz. 9**

Prosimy o doprecyzowanie, jakiej pojemności inflatora Zamawiający wymaga w pakiecie 3, poz. 9. W załączniku nr 5 Zamawiający wymaga pojemności minimum 20 ml, a w załączniku nr 6 wymaga pojemności 30 ml.

**Ad. 2**

Zamawiający wymaga pojemności minimum 20 ml. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 6 do SIWZ.

**Pyt. 3**

**dot. załącznik nr 6 do SIWZ, pakiet nr 3, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 3, poz. 9 inflator wyposażony w dren wysokociśnieniowy o długości 35,5 cm i kranik trójdrożny? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Ad. 3**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.