

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 42** stenty kobaltowo-chromowe (slotted tube) z polimerem wydzielającym sirolimus o nieznacznie zmienionych parametrach: pokrycie ściany naczynia 9,4 % (dla stentu 3.0/16 mm), możliwość zakończenia podwójnej terapii p/łytkowej po 6 miesiącach oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 42A** stenty kobaltowo-chromowe (slotted tube) z polimerem wydzielającym sirolimus o nieznacznie zmienionych parametrach: pokrycie ściany naczynia 9,4 % (dla stentu 3.0/16 mm) oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę