

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Dotyczy Pakietu nr 1, 3 poz. 4, 14

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w:

- 1) Poz. 4 – Connectora o świetle wewnętrznym 9F i pozostałymi parametrami zgodnymi z SIWZ.
- 2) Poz. 14 – igły w rozmiarze 18G X 70mm

Ad. 1

- 1) Nie
- 2) Tak

Pyt. 2

Dotyczy Pakietu nr 1, 3 poz. 11 i 13

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11 oraz 13 z pakietu nr 1.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 3

Dotyczy Pakietu nr 25

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników diagnostycznych spełniających wszystkie wymagania SIWZ, bez opcji dostępności cewnika z chropowatą powierzchnią.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 4

Dotyczy Pakietu nr 29

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników diagnostycznych semi-compliant o długościach 9-30mm i parametrach podanych poniżej:

średnice 1,25- 4,0mm

RBP – 12-14atm

profil wejścia – 0,016

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe standardowe (semicompliant) o parametrach:

średnice 1,25- 4,0mm

RBP – 12-14atm

profil wejścia – 0,016

Pyt. 5**Dotyczy Pakietu nr 30**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników diagnostycznych niskoprofilowych semi-compliant o długościach 9-30mm i parametrach podanych poniżej:

- średnice 1,25- 5,0mm
- RBP – 12-14atm
- profil wejścia – 0,016”

Ad. 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 6**Dotyczy Pakietu nr 73, poz. 8, 10**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu w:

Poz. 8 - elektrody o jednym stopniu sztywności oraz dostępną elektrodą dwukierunkową symetryczną.

Poz. 10 - elektrody ablacyjnej irygowanej 7F, jednokierunkowej.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7**Dotyczy Pakietu nr 73, poz. 12, 13**

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 12 oraz 13 z pakietu nr 73, co pozwoli na przystąpienie do postępowania szerszemu gronu oferentów.

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8**Dotyczy Pakietu nr 75**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej spełniającego wszystkie wymagania SIWZ – z igłą analogiczną do igły Brockenbrougha.

Krzywizna igły oraz koszulki przedstawione poniżej:

**Ad. 8**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody