

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 29. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nie oceny cewnika balonowego pół podatnego o długościach od 5mm do 30 mm.

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet nr 30. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nie oceny cewnika balonowego nisko profilowego o dostępnych średnicach od 1.00mm do 4.00 mm, w systemie RX z pominięciem wersji over the wire.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Pakiet nr 31. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny cewnika balonowego niepodatnego o dostępnych długościach 8,10,12,15,18 mm.

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4

Pakiet nr 33 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny cewnika aspiracyjnego 6F składającego się z zestawu wyposażonego: cewnik, strzykawkę aspiracyjną 30ml, koszyczek, kranik,

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Pakiet nr 44. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny stentu kobaltowo chromowego uwalniającego sirolimus o średnicy szafu proksymalnego 2,13F szafu dystalnego 2.7F.

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i ewentualne sprostowanie parametru Podać profil zaciśniętego stentu 3,0 mm min. Dla 3,0 mm \leq 0,036” profil < 0,036”. Czy w tym miejscu nie być zapisane Dla 3,0 mm \leq 0,036” 0 pkt oraz profil \geq 0,036” 1 pkt.

Ad. 6

Zamawiający informuje o zmianie w przedmiotowym zakresie – Załącznik nr 6 tj. profil > 0,036” - 1 pkt.