

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urzędzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 70 pozycja 1 w zestawie operacyjnym do angiografii (do wszczepiania rozruszników i ablacji) miał na myśli:

- serweta angiograficzna o rozmiarze 240 x 320 cm, wykonana z laminatu folii polietylenowej o grubości 50 µm, warstwą komfortową od strony pacjenta o grubości 12 g/m² oraz warstwy chłonnej wokół otworów o rozmiarze 90x110 cm i grubości 50 g/m² z włókniny poliestrowo-wiskozowej z dwoma otworami owalnymi 6 x 9 cm otoczonymi folią Flex, zabezpieczonymi papierem. Po obu stornach panel z przezroczystej folii polietylenowej o wymiarach 70 x 320 cm i grubości folii 55 µm 1 szt.
- osłona foliowa z gumką o maksymalnej średnicy 150 cm – 1szt.
- osłona foliowana z gumką o maksymalnej średnicy 127 cm – 1 szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach. W części przedniej wzmocnienie o minimalnej długości 76 cm, w rękawach min. 39 cm. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową w częściach krytycznych (na rękawach i w części przedniej), w części szyjnej zapięcie na rzep; rozmiar XL – 2szt.
- ręczniki chłonne z włókniny kompresowej - włókninowej 20x40cm – 1szt.
- tupfer z gazy 20 n kula 40x50 cm – 4 szt

pozostałe komponenty zestawu bez zmian?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wymaga aby powyższy zestaw w pakiecie 70 pozycja 1 spełniał wymagania: wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę 150x190. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylne w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z

wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia sterylnych próbek zestawu z pakietu 70 pozycja 1, jako części oferty w celu potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego?

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga próbek sterylnych. Zgodnie SIWZ w przypadku wątpliwości co do oceny jakości zaofertowanego sprzętu w stosunku do opisu lub instrukcji, Wykonawca dostarczy próbki (po 1 egzemplarzu dla każdego asortymentu w ramach złożonej oferty), **na każde żądanie Zamawiającego**

Pyt. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 71 pozycja 1 miał na myśli zestaw operacyjny do angiografii o składzie:

- fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach. W części przedniej wzmocnienie o minimalnej długości 76 cm, w rękawach min. 39 cm. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową w częściach krytycznych (na rękawach i w części przedniej), w części sztywnej zapięcie na rzep; rozmiar XL – 2szt.
- serweta angiograficzna wykonana z włókniny foliowanej polietylenowo- polipropylenowej, włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 320cm-150cm, w rozmiarze 320 x 230 cm z panelami foliowym 140 x 75 cm po obu stronach obłożenia i 2 otworami udowymi okrągłymi o średnicy 8,5 cm w odległości 25 cm od siebie i dwoma otworami promieniowymi o rozmiarze 12x15 cm w odległości 53 cm od siebie. z przyklepcem wokół otworów – 1 szt.
- ręczniki chłonne z włókniny kompresowej - włókninowej w rozmiarze 20cm x 40cm – 1 szt.
- osłona foliowa z gumką 100x50 cm-2 szt.
- osłona foliowa z gumką 120 x 60 – 1 szt.
- osłona foliowa z gumką 97x107 cm – 1 szt.
- serweta wysokochłonna w rozmiarze 70cm x 55cm (+/- 10cm) – 1 szt.

pozostałe komponenty zestawu bez zmian?

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający wymaga aby powyższy zestaw w pakiecie 71 pozycja 1 spełniał wymagania: wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę 150x190. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia sterylnych próbek zestawu z pakietu 71 pozycja 1, jako części oferty w celu potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego?

Ad. 6

Zamawiający nie wymaga próbek sterylnych. Zgodnie SIWZ w przypadku wątpliwości co do oceny jakości zaoferowanego sprzętu w stosunku do opisu lub instrukcji, Wykonawca dostarczy próbki (po 1 egzemplarzu dla każdego asortymentu w ramach złożonej oferty), **na każde żądanie Zamawiającego**

Pyt. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 71 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również podkład chłonny niejałowy do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie przed płynami?

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.