

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 48 załącznik 6 (parametry techniczne) pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści elektrody dwubiegunowe uwalniające steryd z każdego biegunu stymulacji mogących pracować w konfiguracji jednobiegunowej programowanej z poziomu wszczepionego urządzenia?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet 48 załącznik 6 (parametry techniczne) pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści elektrody bipolarne „over the wire” uwalniające steryd z każdego biegunu stymulacji mogące pracować w konfiguracji unipolarnej programowanej z poziomu wszczepionego urządzenia?

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o:

- 1) ciśnieniu NP. 6 atm dla średnicy 1,25mm i 8 atm dla pozostałych średnic w zakresie
- 2) ciśnieniu RBP 12 atm dla średnicy 1,25 i oraz 14 atm dla pozostałych średnic w zakresie,
- 3) średnicach w zakresie min.1,25mm do 3,75mm; 1,25; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0mm,
- 4) średnicy proksymalnej maksymalnie 2,1F/ 0,69 mm oraz średnicy dystalnej maksymalnie 2,7F/ 0,91mm zależnie od średnicy cewnika?

Ad. 3

- 1) Tak
- 2) Tak
- 3) Tak
- 4) Nie

Pyt. 4

Pakiet nr 30

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie średnic 1,25 – 4,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 5

Pakiet nr 42

Czy Zamawiający dopuści stenty kobaltowo – chromowe uwalniające pochodną syrolimusa wykonany w technice sinusoidalnej, budowa stentu otwartokomórkowa o ciśnieniu RBP wynoszącym 16 Bar (15 bar dla średnicy 4,0 mm) , o grubości przęseł stentu 0,0036” ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

Pakiet nr 42A

Czy Zamawiający dopuści stenty kobaltowo – chromowe uwalniające pochodną syrolimusa wykonany w technice sinusoidalnej, budowa stentu otwartokomórkowa o ciśnieniu RBP wynoszącym 16 Bar (15 bar dla średnicy 4,0 mm) , o grubości przęseł stentu 0,0036” ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 6

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7

Dotyczy zapisów umów

Prosimy o określenie wysokości kar umownych od wartości niedostarczonego w terminie towaru.

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Podpis Zamawiającego