

**DZP/16PN/2020**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Dotyczy Pakietu 29 (Cewniki balonowe standardowe)

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów:

- 1) o długościach 6 – 30mm, oraz średnicach od 1,20mm;
- 2) o średnicy cewnika w części proksymalnej  $\leq 2.1F$ ?
- 3) Zwracamy się również z prośbą o przyznanie dodatkowego punktu także w zakresie dolnych długości balonów, tj. poniżej 10mm i prosimy o zmianę formularza parametrów ocenianych w tym zakresie.

**Ad. 1**

- 1) Tak
- 2) Nie
- 3) Nie

**Pyt. 2**

Dotyczy Pakietu 30 (Cewniki balonowe niskoprofilowe)

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów:

- 1) o długościach 6 – 30mm, oraz średnicach od 1,20mm;
- 2) o średnicy cewnika w części proksymalnej  $\leq 0,028$ ”?

**Ad. 2**

- 1) Tak
- 2) Tak

**Pyt. 3**

Dotyczy Pakietu 31 (Cewniki balonowe niepodatne do postdylatacji)

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów:

- 1) posiadającego crossing profile  $\leq 0,027$ ”
- 2) o średnicy cewnika w części proksymalnej  $\leq 0.030$ ”?

**Ad. 3**

- 1) Tak
- 2) Tak