

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urzędzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 1 przewodników diagnostycznych hydrofilnych o następujących parametrach:

- dostępne przewodniki o zróżnicowanej sztywności:

a) standard:

- długość – 150, 180, 260 cm,
- długość elastycznej końcówki - 3 cm,
- dostępność końcówek proste, zagięte

b) sztywne:

- długość –150, 180, 260 cm,
- długość elastycznej końcówki - 3 cm,
- dostępność końcówek proste, zagięte

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet nr 61

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z Pakietu nr 61 poz. 2 tj. rączki do chwytania plastikowych koszulek poszerzających Byrd.

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 5 do SIWZ, a także SIWZ i Ogłoszenia

Pyt. 3

Pakiet nr 62

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 62 pętli chwytających typu lasso wraz z cewnikiem prowadzącym o następujących długościach:

- dla śr. 2-4mm: długość cewnika prowadzącego 150cm, długość pętli 175cm
- dla śr. 5-30mm: długość cewnika prowadzącego: 105cm, długość pętli 125cm.

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.