

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”** Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 60 Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) kompatybilny z ultrasonografem F. Volcano lub Sonda FFR w postaci mikro cewnika typu monorail z użyczeniem kompatybilnej z cewnikami konsoli

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR):

- 1) umożliwiały pomiar wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnień bez użycia adenozyiny iFR,
- 2) dawały możliwość wykonywania oceny istotności zwężeń „tandemowych” (pull back) bez ciągłego dożylnego wlewu leku wywołującego hyperemię,
- 3) posiadały funkcję graficznego przedstawienia wykresu obrazującego zmianę gradientu ciśnień w przebiegu naczynia?

Ad. 1

- 1) Tak
- 2) Tak
- 3) Nie