

DZP/16PN/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/16PN/2020**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 47, poz. 6 i 10 Tabeli parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej w zakresie 0,5..7,5[mV] oraz charakteryzujące się okresem refrakcji przedsionka w zakresie 300..775[ms]? Okres refrakcji komorowej oraz pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet 51, pozycji nr 12 tabeli parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?

Ad. 2

Tak, pod warunkiem, że istnieje możliwość ATP w trakcie ładowania kondensatorów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3

Pakiet 52, pozycji 4 tabeli parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie max. 82[g]?

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 4

Pakiet 52, pozycji 13 tabeli parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?

Ad. 4

Tak, pod warunkiem, że istnieje możliwość ATP w trakcie ładowania kondensatorów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.